

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканская
больница «Спелеолечения»



А.А. Лапуста

2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Ванна для сухого гидромассажа

1. Общие требования

- 1.1. Предмет закупки: ванна гидромассажная (для сухого гидромассажа)
- 1.2. Количество закупаемых изделий: 1 шт.
- 1.3. Область применения: физиотерапия
- 1.4. График поставок: июль 2025г.
- 1.5. Поставщик в конкурсном предложении должен предоставить:
 - 1.5.1. Документы, разрешающие серийный выпуск указанного изделия (регистрационное удостоверение РБ, соответствие техническому регламенту Таможенного союза)
 - 1.5.2. Документы, подтверждающее, что поставщик является производителем товара либо первым поставщиком.

2. Характеристика изделий

№	Наименование	Кол-во
1.	Ванна для сухого гидромассажа предназначена для воздействия на мягкие ткани тела человека при помощи струи воды, но без непосредственного контакта с жидкостью, с целью оказания болеутоляющего действия, улучшения кровообращения, создания расслабляющего и успокаивающего эффекта, активизации метаболизма 1.1 корпус: - цельнозаливной - цвет (по согласованию с заказчиком) - габаритный размер (общий): не менее 2600*1070*650 мм - габаритный размер (ложа): не менее 2200*700 - величина давления струи воды гидрофорсунок от $0,5 \pm 0,2$ до 6 ± 1 атм. - объем воды заливаемый в резервуар кушетки 400-440л - нагрев воды в резервуаре кушетки от 10 до 36С (рабочая температура воды в резервуаре 28-36С) - потребляемая мощность- 3,5 кВт - максимальная распределенная нагрузка на ложе не менее 130 кг - количество программ гидромассажа не менее 6 - количество монорежимов- не менее 6 - режим работы- программный+ ручное программирование - уровень звуковой мощности не более 55 дБА	1 шт.

ИТ-28843
от 17.06.2025

1.2 опции: -выбор программы массажа («Общий», «Лечебный», «Релакс», «Ноги», «Спина», «Шея и плечи») - введение параметра роста пациента от 100 до 190 см - установка времени процедуры от 5 до 30 мин с шагом установки 1 мин. - управление работой гидрофорсунок во время отпуска процедуры - регулировка величины давления струи воды из гидрофорсунок - регулировка нагрева воды в резервуаре кушетки с шагом установки температуры нагрева 1С - автоматическое выключение гидронасоса, вентилятора после окончания времени процедуры и установка форсунок в исходное положение	
---	--

3.Дополнительные требования.

3.1. Гидромассажная ванна при эксплуатации не должна представлять опасности для жизни и здоровья человека.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе, не восстановленный и т.д.) и без следов повреждений.

3.3 . В случае обнаружения Заказчиком каких-либо дефектов, Поставщик в течение 15 дней со дня получения письменного или устного уведомления должен устранить дефекты либо заменить товар.

3.4. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня поставки

Составил:

Старшая медсестра



личная подпись

Т.Н. Карабо

16.06.2025
Дата

Согласовано:

Главная медицинская сестра


Личная подпись

И.В. Сливец

16.06.2025
Дата

Заместитель главного врача


Личная подпись

Р.И. Делендик

16.06.2025
Дата